

CADe	Fuji	Medtronic	Olympus	Pentax
Détection	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractérisation	Oui	Oui	Non	Non
Marquage CE	IIa	I, IIb	I	I
FDA	Détection : oui Caractérisation : non ?	Détection : oui Caractérisation : non	Oui	Non
Certifications (ISO 13485, 27001)	Oui	Oui	Non	Oui
Fonctionne sur Olympus, Fuji et Pentax	Non	Oui	Non	Non
Performance pour la détection	TDA : augmentation Taux de détection des adénomes festonnés : augmentation	TDA : augmentation	TDA : augmentation	TDA : pas d'augmentation Taux de détection des adénomes festonnés : augmentation
Performance pour la caractérisation	CADe < expert	CADe non inférieur expert	NA	NA
Qualité et quantité des études scientifiques	+++	++++	++	+